

Procedura aperta comunitaria in tre lotti per la fornitura, mediante accordi quadro con un solo operatore economico, di reagenti, sali e articoli da laboratorio per i Dipartimenti scientifici dell'Università degli Studi di Ferrara, per un periodo quadriennale e per un importo complessivo posto a base di gara pari a € 13.000.000,00 Iva esclusa

CHIARIMENTI TECNICI

LOTTO 3 – fornitura di articoli da laboratorio (CIG 7998520B80)

VOCE 129: si intende una piastra da batteriologia o da colture cellulari in adesione?

RISPOSTA: **Piastre Petri del diametro di 90 mm a tripla ventilazione sterili. usate per la normale crescita di microrganismi in terreno agarizzato**

VOCE 170: il PP è resistente fino a 120°C; per quali provette deve essere adatto il rack? si chiede di chiarire il range di temperatura entro cui deve resistere il contenitore

RISPOSTA: **il rack deve essere adatto per provette da 2 ml e deve essere resistente a temperature fra -190° e +120°C**

VOCE 171: per quali provette deve essere adatto il rack?

RISPOSTA: **il rack deve essere adatto a criovials da 1.8/2 ml**

VOCE 175: trattasi di un contenitore bijou?

RISPOSTA: **No, il contenitore in questione è del tipo di quello in foto:**



VOCE 176: contenitori sterili in confezione singola o sfusi?

RISPOSTA: **non sono espresse preferenze per il confezionamento; è comunque richiesto di indicare il prezzo unitario per pezzo**

VOCE 256: quale diametro deve avere il filtro? è ritenuto idoneo un filtro con diametro 33 mm?

RISPOSTA: **il diametro deve essere di 25 millimetri**

VOCE 382: si intende diametro 35 MM?

RISPOSTA: **Sì, Ø 3,5 cm**

VOCI 485 – 486 – 487 – 488: deve essere colorato il solo tappo?

RISPOSTA: **sì**

VOCI 563 – 564 – 565 – 566 – 567 – 568: puntali da n. 563 a 568 devono essere con o senza filtro?

RISPOSTA: **i puntali devono essere con filtro**